

Registrering och rapportering av genomlysningsdata från C-båge och O-arm

Syfte och omfattning

Användning av genomlysningssutrustning övervakas för att få en uppfattning om verksamhetens omfattning. Resultaten används som en del av regionens strålsäkerhetsarbete och analyseras för att användas i verksamheternas optimeringsarbete.

Aktuell utrustning

Mobil C-båge och O-arm för verksamheter med lokala tillstånd.

Periodicitet

Datainsamling sker kontinuerligt för varje enskild utrustning via Orbit eller via loggbok för de verksamheter som inte använder Orbit. Sammanställning och återslagrapportering sker årligen.

Metod

Efter varje ingrepp skall DAP och genomlysningstid registreras av personalen som använt utrustningen. Data sammanställs årligen av medicinsk fysik.

Rapport

Resultatet redovisas vid de årliga kontaktmöten som medicinsk fysik har med de berörda verksamhetsområdena.

Externa styrande dokument

SSMFS 2018:5