

Temperaturkontroll efter hjärtstopp TIVA 50B - lokala anvisningar

Syfte

Vård av patienter med kvarstående medvetlöshet efter hävt hjärtstopp sker i första hand på Centralintensiven (CIVA), dock i vissa lägen ska dessa patienter kunna vårdas på TIVA. Vid vård efter hjärtstopp på TIVA tillämpas CIVA:s rutin '[Omhändertagande efter hjärtstopp - behandlingsriktlinjer, CIVA](#)' (DocPlusSTYR-22759) i möjligast mån, dessa lokala anvisningar är komplement till rutinen ovan.

Vid eventuell konflikt har TIVA:s egna PM och procedurer företräde före CIVA:s PM, i synnerhet vid behandling med mekanisk assist (IABP, Impella®, ECMO m m) efter hjärtstopp.

Mätning av kroppstemperatur

Mätning av kroppstemperatur sker i först hand via urinkateter alternativt via temperaturprob i nasofarynx/rektalt. Sladd till tempkateter finns till höger i Apparatum ("Rogers/Nils rum") på den blåa väggen.

Om kylmadrass ([BLANKETROL III](#)) används kopplas KAD:s tempkoppling till apparaten, då det behövs en till mätmöjlighet. Om patienten inte har PA-kateter (registreras som Temp centralt i Metavisions cirkulationsfik) sätts blå temperaturprob i esofagus, i första hand via munnen (blödningsrisk via näsa). Temperaturen registreras då automatiskt i Metavision (Cirkulationsfik – Temp 1), manuell registrering behövs inte.

Temperaturreglering

För målsättning och genomförande se CIVA:s PM.

Kylskåpskalla infusioner finns inte att tillgå, tänk på att bereda sådan själv om behovet finns.

Ispåsar finns i frysen i Avdelningskök (mittemot stora entrédörren).

Låna vid behov kylmadrass (BLANKETROL III) från CIVA/NIVA om möjligt. För bruksanvisning se [CIVA:s dokument](#).