

PICC - Avlägsnande - vuxna, regionalt tillägg

Syfte och omfattning

Detta dokument är ett regionalt tillägg till Vårdhandboken

Var god se [Avlägsnande](#) Perifert insatt central kateter (PICC)

Avlägsnande av permanent fästansordning

Fixeringsteknik med en ankarliknande fästansordning s.k. SecurAcath: se [bilaga 1](#).

Accessmottagningen rekommenderar:

1. Lägg lokalbedövning 0,5 centimeter nedanför fästet, Xylocain 10 mg/ml 1-2 ml subkutant enligt ordination. Alternativt bedöva med medicinsk plåster 25 mg/25mg som t. ex. EMLA eller Tapin över fästet som får verka i ca. 1 timme.
2. Följ alternativ 2 och klipp itu fästets bottenplatta för att avlägsna SecureAcath

Dokumentation sjuksköterska

Vårdavdelning:

I vårdplanen **SVP LUL PICC hantering vårdavdelning, vuxen** dokumentera avlägsnande samt ev. odling av kateterspets. Avsluta SVP med utvärdering av mål.

Mottagning:

I vårdplanen **SVP LUL PICC hantering mottagning, vuxen** dokumentera avlägsnande samt ev. odling av kateterspets. Avsluta SVP med utvärdering av mål.

I **Journaltabell In- och utfarter LUL** dokumenteras följande:

- Borttagen datum/tid
- Uttagningsorsak
 - Behandling avslutad. Kateter fungerat bra under hela behandlingsperioden
 - Behandling avslutad- mindre komplikationer, vg se journal.
 - Felaktigt läge
 - Asymtomatisk trombos
 - Symtomatisk trombos
 - Stopp i kateter
 - Misstänkt infektion
 - Säkerställd infektion
 - Hudskada intill kateter
 - Patientens önskemål (indikation kvarstår)

Avdelningar med metavision

Dokumenterar avlägsnandet, uttagningsorsak samt ev. odling av kateterspets under fliken Accesser

Referenser

SFAI;s rekommendationer från 2018-12-03.

[SecurAcath-Att-ta-bort.pdf \(nordicmedcom.se\)](#) Hämtat 2022-02-28

Dokumenthistorik

Författare: Jeanette B Pettersson SSK onkologen AS

Granskare 2019-10-25: Merete Adegunle SSK hematologen AS, Peter Frykholm ÖL Anopiva AS, Anna Holma SSK Accessmottagningen, Ingalill Johansson SSK onkologen, Linda C Johansson GC Medicinavd LE, Birgitta Lytsy ÖL AS, Igor Zadonsky ÖL SC LE

Revideringsdatum: 2022-02-11 Jimmy Almström läkare Anna Holma ssk accessmottagningen Jakob Morén läkare vårdhygien Merete Adegunle ssk hematologen, Karl Sigvard Eklund ssk , Jenny Gestlöf ssk LAH Tillägg av avlägsnande av permanent fästansordning

SecurAcath.

Att ta bort SecurAcath®



- Ta av överdelen på SecurAcath genom att hålla i underdelen.



- Ta i fliken på överdelen och lösgör överdelen från underdelen.



- Ta ur katetern ur SecurAcath försiktigt och dra ur katetern.
- Tryck över ingång/utgångshålet för att erhålla hemostas.

Alternativ 1 för att ta bort SecurAcath från patienten – Vridalternativ



- Vik ihop SecurAcath.



- Lägg ena handen nära hudgenomgången för att stabilisera huden och vrid försiktigt ur det ihopslagna ankeret ur hudöppningen.
- Använd en tydlig vridrörelse och gärna lite snabbt.

Alternativ 2 för att ta bort SecurAcath från patienten – Klippalternativ



- Använd en trubbig sax typ Metznerbaum, Mayo eller liknande och klipp isär underdelen i mittfåran helt.



- Lägg ena handen nära hudgenomgången för att stabilisera huden.
- Använd en vridrörelse för varje ankardel för att föra ut resp del ur hudgenomgången.