

# CVK, CDK och Subkutan venport omläggning regionalt tillägg barn

## Innehåll

Omläggning.....	1
Omläggning av tunnelerad CVK eller PICC utan sutur .....	1
Utan förband.....	1
Nålbyte subcutan venport .....	2
Rengöring före användning .....	2
Dokumenthistorik .....	2

## Omläggning

Följ Vårdhandbokens rekommendationer.

- Omläggning av CVK/CDK utförs var 7:e dag.
- Omläggning av subkutan venport utförs i samband med nålbytet var 14:e dag.
- Om förbandet lossnat, är fuktigt eller förorenat bör omläggning ske omedelbart

## Omläggning av tunnelerad CVK eller PICC utan sutur

Tunnelerad CVK Powerline (lila färg) förankras ofta enbart med Statlockförband i vilken CVKn kläms fast. Det sitter stadigt men behöver bytas en gång per vecka, lämpligen i samband med övrigt förbandsbyte. Var mycket noga med att fixera CVKn under bytesproceduren. Det går däremot att flytta Statlock någon cm eller två för att låta huden lufta. Efter 5 - 6 veckor behövs inte Statlock längre eftersom CVKn har vuxit fast, men på vissa patienter kan man fortsätta med Statlock för extra säker förankring.

På motsvarande sätt kan förbandet med kardborrlås för Vygons PICC bytas en gång per vecka.

## Utan förband

- Fastläkt tunnelerad kuffad CVK/CDK utan förband ska alltid fixeras med två tejpar. Tejpen ska skydda mot drag och vingarna bör riktas som ett V med öppningen mot ingångshålet för att ha bästa effekt.
- Desinfektera/rengör insticksstället, katetern med klorhexidinsprit 5 mg/ml eller tvätta med tvål och vatten (lättast i samband med duschning) 1 gång/vecka.

## Nålbyte subcutan venport

Genomförs var 14:e dag samt vid behov.

## Rengöring före användning

Desinfektera alltid trevägskran eller injektionsventilen före användning enligt riktlinjen **Venösa infarter - desinfektering av membran "Scrub the hub" – vuxna/barn.**

## Dokumenthistorik

### Författare

Liselott Pettersson, sjuksköterska

Sara Karlsson, sjuksköterska

Peter Frykholm, överläkare

### Revisionsdatum

2021-02-24 Peter Frykholm: Lagt till ett avsnitt om förbandsbyte med Statlock och rättat något litet stavfel. Godkänt för min del.